基礎医学研究用機器

パルテノン電極 ドライ及びゲル併用タイプ

AP-P130-08：AP-P130-15

ドライ及びゲル 併用型脳波電極。

ディスポ電極コード との組み合わせでドライ電極の測定環境を実現します。

ドライとゲル併用型の新しいタイプの脳波電極です。
長さは8mm と15mm をラインアップし、
○ 頭の装着部位、
○ 頭部形状、
○ 髪の毛の多さ
等による違いに対応できます。
金メッキの採用により分極由来の基線変動を低減します。





電極の足が頭皮と接触する辺りに数カ所塗布する。

仕 様	
品名	パルテノン電極
形式	AP-P130-08
	AP-P130-15
寸法	AP-P130-08（足長8mm）
	AP-P130-15（足長15mm）
基本構成	パルテノン電極 6個/組
	ゲル注入用シリンジ(ソフトニードル付き) 1本

オプション	
品名	ディスポ電極コード
形式	AP-C131-015(コード長1.5m)、AP-C131-005(コード長0.5m)
	AP-C311-015(コード長1.5m)
品名	g.GAMMAcap2
	サイズ等はお問い合わせください。
品名	gGAMMAgel
形式	1021（1本）、1060（10本入り）

注）本電極を使用する場合は、ディポ電極コード及び電極キャップが必要になります。
ゲルは基本構成に含まれておりません。



ディスポ電極コード AP-131



※ ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
※本カタログの記載内容は 2014 年 12 月現在のものです。本内容を予告なく変更する場合があります。

株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号
本郷ダイヤビル６階
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632
http://www.miyuki-net.co.jp/